

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴成斌	
	职称: 主治医师 (副主任医师)	
	工作单位: 广德市市场监督管理局	
项目信息	项目名称: 广德市人民医院联影 uCT510 维保服务采购项目	
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	该设备配件来源具有唯一性。球管、探测器、高压发生器属于专用CT类属配件, 仅设备生产厂家上海联影医疗科技股份有限公司能够提供全新原厂正品备件, 市场无通用兼容替代备件。第三方机构无法采取合适原厂备件, 若使用非原厂备件, 会造成设备成像质量下降、部件故障率升高, 存在安全隐患。 根据政府采购相关规定, 只能从唯一供应商处采购的货物或服务, 可以采用单一来源方式采购。本项目配件来源具有唯一性, 满足单一来源采购条件。	
专业人员签字	吴成斌	日期: 2020年9月1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨同彬	
	职称: 经济师	
	工作单位: 运发中心	
项目信息	项目名称: 广德市人民医院联影 uCT510 维保服务采购项目	
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证 意见	该设备核心部件技术垄断性。uCT510为上海联影医疗科技股份有限公司自主研发制造、球管、探测器、高压发生器为设备定制化的核心部件。硬件接口、底层控制软件、参数校准算法均为原厂专有技术,未对外公开。第三方维保单位不掌握该设备核心部件的原厂技术资料,调试校准程序,无法完成核心部件更换后的整机匹配校准,无法保障设备维修后性能参数符合出厂标准。 依据政府采购相关规定,只能从唯一供应商处采购的货物或服务,可以采用单一来源方式采购。本次项目的设备核心部件技术垄断性,满足单一来源采购条件。	
专业人员签字	杨同彬	日期: 2026年9月1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李洪明	
	职称: 工程师	
	工作单位: 广德市中医院	
项目信息	项目名称: 广德市人民医院联影 uCT510 维保服务采购项目	
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	该 CT 设备承担医院临床影像诊断工作, 设备成像精度、整机稳定性直接关系到患者诊断结果, 设备稳定性尤为重要。只有原厂能够提供完整的故障数据库、固件升级版本、整机性能检测校准服务。 若由非原厂单位实施包含球管、探测器、高压发生器在内的全保维保, 维修质量无法保证, 极易引发设备反复故障停机, 影响医院正常临床诊疗工作, 存在医疗安全隐患。 依据政府采购相关规定, 只能从唯一供应商处采购的货物或服务, 可以采用单一来源方式采购。本项目维保涉及设备有核心软硬件、专属原厂件, 为保障医疗质量安全等要求, 因此方式满足单一来源采购条件。	
专业人员签字	李洪明	日期: 2026 年 9 月 1 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。